



ВНИИМ

им. Д.И.Менделеева

**Федеральное государственное унитарное
предприятие «Всероссийский научно-
исследовательский институт
метрологии им. Д.И.Менделеева»**

190005, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 19
Тел.: (812) 251-76-01, факс: (812) 713-01-14
e-mail: info@vniim.ru | www.vniim.ru

ИНН 7809022120, КПП 783901001, ОКПО 02566450
ОГРН 1027810219007, ОКТМО 40305000000,
ОКОПФ 65241, ОКОГУ 1323565, ОКФС 12

06 АПР 2023

№ 242-12-5805

на № _____ от _____

105074

Акционерное общество
«Прогрессивные технологии»
Россия, 196247, г. Санкт-Петербург,
Ленинский проспект д.153 пом.361Н
тел.: +7(952)240-82-39
ИНН 7801564890
ОГРН 1127847023370

*О результатах работ
по договору № 242/761-2023*

Настоящим сообщаем, что согласно договору № 242/761-2023 от 10.02.2023, в соответствии с документом «Газоанализаторы ПТ 2020. Программа испытаний в целях утверждения типа» специалистами ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» в период с 27.02.2023 по 04.04.2023 была проведена экспериментальная часть испытаний в целях утверждения типа газоанализаторов ПТ 2020, изготавливаемых АО «ПТ».

Результаты экспериментальных исследований образца газоанализатора ПТ 2020, зав. № 001, положительные.

В настоящее время специалисты ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» оформляют комплект документов по испытаниям в целях утверждения типа. Ориентировочный срок направления комплекта документов на подпись в АО «ПТ» 30.06.2023 г.

Руководитель научно-исследовательского отдела
государственных эталонов в области
физико-химических измерений

А.В. Колобова

Исп. заместитель руководителя лаборатории Матвеев А.Л.
(812) 323-93-86